

LNDD	ENREGISTREMENT	Code :	E-FCR-04B2
		Version :	A
		Date :	03/08/2006
		Page :	1/1
<b>FICHE D'ANALYSE / RESULTAT - CONFIRMATION SEMI-QUANTITATIVE T/E (trois aliquotes)</b>			

Paraphe :

Echantillon : 478/07 994474 Dilution : 1 / 1

Ion de quantification Testo et Epitesto : 432 Ion de quantification SI : 301

Concentration de la référence 1 : Testosterone: 30 Epitosterone : 5 T/E théorique : 6  
 Concentration de la référence 2 : Testosterone: 180 Epitosterone : 30 T/E théorique : 6  
 Concentration de la référence 3 : Testosterone: 360 Epitosterone : 60 T/E théorique : 6

Fichier	Surface du SI	Surface Testosterone	Surface Epitosterone
REF1 REF1TE	3782021	1845917	294592
REF2 REF2TE	3011193	7860237	1324358
REF3 REF3TE	3783290	20557109	3442296
1780774A	3971127	3733052	342595
1780774B	3356149	3079122	279871
1780774C	4098783	3670090	329392

**RESULTAT DE L'ECHANTILLON**

Fichier	Concentration Testosterone	Concentration Epitosterone	Rapport T/E en surface
1780774A	63,2 ng/mL	5,9 ng/mL	10,9
1780774B	61,6 ng/mL	5,8 ng/mL	11,0
1780774C	60,2 ng/mL	5,6 ng/mL	11,1
Moyenne	61,7 ng/mL	5,7 ng/mL	11,0
Ecart type	1,5 ng/mL	0,2 ng/mL	0,1
Valeur finale	61,7 ng/mL	5,7 ng/mL	

**Partie à remplir par le responsable**

Seuil de déclaration du rapport T/E ( en surface ) : 4

Incertitude (liée à la méthode) pour le rapport T/E :  $30\%$  pour l'Epitosterone :  $30\%$  pour la Testosterone :  $20\%$

Valeur basse du rapport T/E :  $7.7$  Résultat : Anormal :   
 Valeur haute du rapport T/E :  $14.3$  Inclassable :   
 Négatif :

**Correction des concentrations en Testosterone et Epitosterone par la densité (cf doc E-INC-03) :**

Densité affichée	1.025
Numéro du réfractomètre	9
Densité corrigée :	1.025
Facteur de correction	0.74
Concentration corrigée de Testosterone	45.7 ng/mL
Concentration corrigée d'Epitosterone	4.2 ng/mL

PARAPHE

*(Signature)*

Ecart n° :

*Cet enregistrement est à archiver dans le dossier de confirmation*